



16.09.2022

ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»  
WWW.RUSTEST.SPБ.RU

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ")  
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311483

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-СП/15-09-2022/186513199

Действительно до 14.09.2023

Средство измерений Весы электронные стационарные; ВЭС; ВЭС-100А3; Рег. № 54610-13  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 01164  
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-11  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 2661-70 Гири образцовые 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг ГО-4-500, ГО-4-500Ц,

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) ГО-4-1000, ГО-4-2000 1-8 1973 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 811-66 Гири образцовые 4-го

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

разряда параллелепипедные ГО-20 142 шт 1986 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 31526-06 Гири

500 кг М1 Нет данных 1-24 2006 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 52768-13 Гири от 1 мг до 20

кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1 Нет данных 29226005 2013 Эталон 4-го разряда Приказ

от 29.12.2018 №2818; 58463-14 Гири классов точности E2, F1, F2, M1 Нет данных PV239 2018

Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 58463-14 Гири классов точности E2, F1, F2,

M1 Нет данных PV242 2018 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным

значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1 Нет данных 024 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от

29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1 Нет данных

023 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг

и 500 кг класса точности M1 Нет данных 022 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05

Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1 Нет данных 021 2005 Эталон 4-го

разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса

точности M1 Нет данных 025 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818

при следующих значениях влияющих факторов:

температура: 11 градус С; атм. давление: 101кПа; отн. влажность: 48%

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-186513199

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

186513199

Поверитель

Кирсанов Павел Игоревич

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник отдела 434

Тихонов С.А.

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки

15.09.2022

Выписка о результатах поверки СИ №С-СП/16-09-2022/187270268 сформирована автоматически 21.09.2022 08:08 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ

Выписка о результатах поверки СИ №С-СП/15-09-2022/186513199 сформирована автоматически 19.09.2022 08:28 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ



ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»  
WWW.RUSTEST.SPB.RU



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ")  
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311483

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-СП/15-09-2022/186513197

Действительно до 14.09.2023

Средство измерений Весы автомобильные электронные; Рубеж; Рубеж; Рег. № 62569-15  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 42433

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с МП ВНИИМС

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 2661-70 Гири образцовые 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг ГО-4-500, ГО-4-500Ц,

ГО-4-1000, ГО-4-2000 1-8 1973 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 811-66 Гири образцовые 4-го

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

разряда параллелепипедные ГО-20 142 шт 1986 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 31526-06 Гири

500 кг М1 Нет данных 1-24 2006 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 52768-13 Гири от 1 мг до 20

кг классов точности E1, E2, F1, F2, М1 Нет данных 29226005 2013 Эталон 4-го разряда Приказ

от 29.12.2018 №2818; 58463-14 Гири классов точности E2, F1, F2, М1 Нет данных PV239 2018

Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 58463-14 Гири классов точности E2, F1, F2,

М1 Нет данных PV242 2018 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным

значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1 Нет данных 024 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от

29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1 Нет данных

023 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг

и 500 кг класса точности М1 Нет данных 022 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05

Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1 Нет данных 021 2005 Эталон 4-го

разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса

точности М1 Нет данных 025 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818

при следующих значениях влияющих факторов:

температура: 11 градус С; атм. давление: 101кПа; отн. влажность: 48%

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-186513197>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

186513197

Поверитель

Кирсанов Павел Игоревич

Знак поверки:



фамилия, инициалы

Начальник отдела 434

Тихонов С.А.

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки

15.09.2022

Выписка о результатах поверки СИ №С-СП/15-09-2022/186513197 сформирована автоматически 19.09.2022 08:28 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ



ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»  
WWW.RUSTEST.SPB.RU



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311483

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-СП/15-09-2022/186513198

Действительно до 14.09.2023

Средство измерений Весы автомобильные электронные; Рубеж; Рубеж; Рег. № 62569-15  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 42434

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с МП ВНИИМС

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 2661-70 Гири образцовые 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг ГО-4-500, ГО-4-500Ц,

ГО-4-1000, ГО-4-2000 1-8 1973 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 811-66 Гири образцовые 4-го

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

разряда параллелепипедные ГО-20 142 шт 1986 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 31526-06 Гири

500 кг M1 Нет данных 1-24 2006 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 52768-13 Гири от 1 мг до 20

кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1 Нет данных 29226005 2013 Эталон 4-го разряда Приказ

от 29.12.2018 №2818; 58463-14 Гири классов точности E2, F1, F2, M1 Нет данных PV239 2018

Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 58463-14 Гири классов точности E2, F1, F2,

M1 Нет данных PV242 2018 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным

значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1 Нет данных 024 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от

29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1 Нет данных

023 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг

и 500 кг класса точности M1 Нет данных 022 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05

Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности M1 Нет данных 021 2005 Эталон 4-го

разряда Приказ от 29.12.2018 №2818; 30728-05 Гири с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса

точности M1 Нет данных 025 2005 Эталон 4-го разряда Приказ от 29.12.2018 №2818

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 11 градус С; атм. давление: 101кПа; отн. влажность: 48%

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-186513198

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 186513198

Поверитель Кирсанов Павел Игоревич

Знак поверки: фамилия, инициалы

Начальник отдела 434

Тихонов С.А.

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки 15.09.2022

Выписка о результатах поверки СИ №С-СП/15-09-2022/186513198 сформирована автоматически 19.09.2022 08:28 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ